DocuSign Envelope ID: 7DF4E3E6-EE14-429A-BDE9-55EA1076CB6B

EU Konformitätserklärung

(Übersetzung)

Der Hersteller **Anton Paar GmbH,** Anton-Paar-Str. 20, A-8054 Graz, Österreich – Europa, erklärt, dass das nachfolgende Produkt

Produktbezeichnung:	**mPDS 5 Auswerteeinheit**
Typenbezeichnung:	mPDS 5
Materialnummer:	47839, 79233, 146515, 171549, 176560

die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union erfüllt. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU, ABl. L 96/79 vom 29.3.2014)

Folgende Normen wurden angewandt:

- EN 61326-1:2013 — Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

  Das Produkt ist als Gerät der Klasse A eingestuft und für den Gebrauch in industriellen Bereichen vorgesehen.

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU, ABl. L 96/357 vom 29.3.2014)

Folgende Normen wurden angewandt:

- EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 — Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-,Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN 61010-2-201:2013 — Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-,Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-201: Besondere Anforderungen für Steuer- und Regelgeräte

RoHS Richtlinie (2011/65/EU, ABl. L 174/88 vom 1.7.2011)

Ort und Datum der Ausstellung: Graz, 2022-05-10

DocuSigned by:
ppa.
4C1800E6A5304C2...

DI Dr. Christopher Fradler, MBA
Executive Director
Business Unit Solutions

DocuSigned by:
34D9DC346C704C5...

Mag.(FH), BSc. Rainer Pirchegger
Head of Process Instrumentation
Business Unit Solutions