DocuSign Envelope ID: AC66150F-1DC7-4220-A61F-C9A51C518A7A

EU Konformitätserklärung

(Übersetzung)

Der Hersteller **Anton Paar GmbH,** Anton-Paar-Str. 20, A-8054 Graz, Österreich – Europa, erklärt, dass das nachfolgende Produkt

Produktbezeichnung:	**RheolabQC mit Standard Stativ** **RheolabQC mit Immersion Stativ** **RheolabQC ohne Stativ**
Typenbezeichnung:	**RheolabQC**
Materialnummer:	**18318, 13000, 27401**

die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union erfüllt. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU, ABl. L 96/79 vom 29.3.2014)

Folgende Normen wurden angewandt:

- EN 61326-1:2013 — Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU, ABl. L 96/357 vom 29.3.2014)

Folgende Normen wurden angewandt:

- EN 61010-1:2010 +A1:2019 +A1:2019/AC:2019 — Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN 61010-2-010:2014 — Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-010: Besondere Anforderungen an Laborgeräte für das Erhitzen von Stoffen

RoHS Richtlinie (2011/65/EU, ABl. L 174/88 vom 1.7.2011)

Ort und Datum der Ausstellung: Graz, 2022-11-07

DocuSigned by:
17130DDD5260426...

DI Steffen Riemer, MBA
Executive Director
Business Unit Measurement

Fatemeh Rezaei, MSc
Head of Viscometry
Business Unit Measurement